

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817, 687 08 Buchlovice, Česká republika
IČO 49968416

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobky: snímače tlaku a snímače výšky hladiny kapalin

typ/model: DX3-DMP 331, DMP 333, DMP 331 P, DMP 457, DMP 341, DMP 343, LMP 331, LMP 343, LMP 307, LMP 308, DMP 334, DMP 335, DMK 331, DS 200, DS 200 P, LMK 331, LMK 307, LMK 361, DMK 361, LMK 309, DMP 331 i, DMP 331 P i, DMP 333 i, DMP 457 i, DMP 341 i, DMP 343 i, LMP 331 i, LMP 343 i, LMP 307 i, LMP 308 i, DMP 334 i, DMP 335 i,

jsou ve shodě s následujícími normami:

EN 60079-0:2006 **EN 60079-11:2007** **EN 60079-26:2007**
EN 61 241-0:2006 **EN 61 241-1:2004**

a následujícími nařízeními vlády (NV), v závorce uvedeno číslo EU směrnice:

NV 23/2003 Sb. v platném znění NV 616/2006 Sb. v platném znění	(94/9/EG) – v platném znění (2004/108/EC) v platném znění
---	--

Výrobek, za podmínek uvedených v návodu k použití a v ES Certifikátu o přezkoušení typu, splňuje stupeň nevybušnosti **Ex II 1G Ex ia IIC T4** nebo **II 2G Ex ia IIC T4** nebo **II 1 D Ex tD A20 IP65 T 85°C** nebo **II 2 D Ex tD A20 IP65 T 85°C**.

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG
TÜV CERT-Zertifizierungsstelle
Am TÜV 1

D-30519 Hannover

zkoušel dané výrobky a vydal:

ES Certifikát o přezkoušení typu č. TÜV 03 ATEX 2005 X, ze dne 17.2.2003

MIKES PRODUCT SERVICE GmbH 94342 Strasskirchen

zkoušel dané výrobky a vydal:

Zkušební protokoly o zkoušce elektromagnetické slučitelnosti č. E 12684 KO, E 12685 KO ze dne 5.6.1996.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 96

Místo vydání: Buchlovice

Jméno zástupce výrobce a podpis: Ing. Libor ŠIMONÍK

Datum vydání: 3.5.2010

Funkce: jednatel společnosti



BD SENSORS
tlakoměrná technika
Hradištská 817, 687 08 Buchlovice
tel.: 572 411 011, fax: 572 411 497

Výpis z OR, vedeného KOS v Brně oddíl C, vložka 12714