

BAROLI *Digitální barometr s bateriovým napájením*

  
tlakoměrná technika

TYP	POPIS	
BAROLI	Digitální barometr (0...0,1 / 600 bar)	
Kód	Měřený tlak	
M00	relativní	
M01	absolutní	
Kód	Rozsah	Přetížitelnost
1000	0.....0,1 bar	0,5bar
1600	0.....0,16bar	0,5bar
2500	0.....0,25bar	1 bar
4000	0.....0,4 bar	1 bar
6000	0.....0,6 bar	3 bar
1001	0.....1,0 bar	3 bar
1601	0.....1,6 bar	6 bar
2501	0.....2,5 bar	6 bar
4001	0.....4,0 bar	20 bar
6001	0.....6,0 bar	20 bar
1002	0...10,0 bar	20 bar
1602	0...16,0 bar	60 bar
2502	0...25,0 bar	60 bar
4002	0.....40 bar	100 bar
6002	0.....60 bar	140 bar
1003	0...100 bar	340 bar
1603	0...160 bar	340 bar
2503	0...250 bar	600 bar
4003	0...400 bar	600 bar
6003	0...600 bar	1000 bar
9999	Jiné rozsahy	PD
Kód		
0		
Kód	Přesnost	
2	0,25% (pouze nerezová membrána)	
5	0,5% (pouze keramická membrána)	
R	0,25% kalibrace vč. kal.listu	
T	0,5% kalibrace vč. kal.listu	
9	jiná	PD
Kód		
0k0		
Kód	Přípojka tlaku	
200	G 1/2" EN 837	
400	G 1/4" EN 837	
800	M 20x1,5 EN 837	
N00	1/2" NPT	
N40	1/4" NPT	
C61	Clamp DN 1" ( bez těsnění)	
9	Jiný	PD
Kód	Těsnění	
0	bez těsnění ( pro Clamp DN 1")	
1	Viton (FKM) (P <sub>N</sub> < 100 bar)	
3	EPDM (P <sub>N</sub> < 160 bar)	
5	NBR (P <sub>N</sub> ≥ 100 bar)	
9	jiné	PD
Kód	Materiál přípojky tlaku	
1	Nerezová ocel 1.4571	
6	Nerezová ocel 1.4435 (pouze pro přípojku Clamp)	
2	Jiná	PD
Kód	Materiál membrány	
1	Nerez 1.4435 (316 L)	
2	Keramika Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96%	
9	Jiná	PD
Kód	Klávesnice	
1	standard	
N	Neutrální	
Kód	Volitelné provedení	
000	Standard	
999	Jiné provedení	PD

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

**Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.**

Změny vyhrazeny.