BD SENSORS®
tlakoměrná technika

Objednací kód BAROLI 05

14.3.2018

BAROLI 05

Digitální barometr (0 … 0,6 / 600 bar)

☐☐☐ - ☐☐☐☐ - 0 - ☐ - 0K0 - ☐☐☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐☐☐

Měřený tlak	
relativní	M 0 0
absolutní	M 0 1
Rozsah [bar]	
0 … 0,4	4 0 0 0
0 … 0,6	6 0 0 0
0 … 1	1 0 0 1
0 … 1,6	1 6 0 1
0 … 2,5	2 5 0 1
0 … 4	4 0 0 1
0 … 6	6 0 0 1
0 … 10	1 0 0 2
0 … 16	1 6 0 2
0 … 25	2 5 0 2
0 … 40	4 0 0 2
0 … 60	6 0 0 2
0 … 100	1 0 0 3
0 … 160	1 6 0 3
0 … 250	2 5 0 3
0 … 400	4 0 0 3
0 … 600	6 0 0 3
-1 … 0 (přesnost 1%)	X 1 0 2
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9 9 9 9
Jiné rozsahy - podtlaky (přesnost 1%) (bude přidělen 4 místný kód)	X X X X
Jiné rozsahy PN > 40 bar	9 9 9 9
Podtlak PN > 40 bar	X X X X
Přesnost	
0,50%	5
0,5% kalibrace vč. kal.listu	T
1% (P_N < 0 bar) podtlaky	8
jiná	9
Mechanické připojení	
G 1/2" EN 837	2 0 0
G 1/4" EN 837	4 0 0
M 20x1,5 EN 837	8 0 0
1/2" NPT	N 0 0
1/4" NPT	N 4 0
Jiný	9 9 9
Těsnění	
Viton (FKM) (P_N < 100 bar)	1
NBR (P_N ≥ 100 bar)	5
Jiné	9
Materiál přípojky tlaku	
Nerezová ocel 1.4404 (316 L)	1
Jiná	9
Materiál membrány	
Keramika Al_2O_3 96%	2
Jiná	9
Klávesnice	
Standard (design BD Sensors)	1
Neutrální	N
Volitelné provedení	
Standard	0 0 0
Jiné provedení	9 9 9
Příslušenství	
Baterie (náhradní) - vždy objednat 2 ks	1000377

0,-…bez příplatku
PD…po dohodě s výrobcem
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.