Objednací kód DMP 333i

23.4.2018

DMP 333i

Snímač tlaku (0 … 60 / 600 bar)

□□□-□□□□-□-□-□□□-□□□-□-□□□

Měřený tlak	
relativní (0 … 60 / 600 bar)	130
absolutní (0 … 60 / 600 bar)	131
Rozsah [bar]	
0...60	6002
0...100	1003
0...200	2003
0...400	4003
0...600	6003
Jiné rozsahy	9999
Výstupní signál	
4…20 mA / 2-vodič (bez komunikace RS 232 kod 111, s RS 232 kod 121)	1
0…10 V / 3 vodič	3
Ex ia provedení 4 … 20 mA / 2 vodič	E
I M1 Ex ia I provedení pro doly 4 … 20 mA / 2 vodič	F
Jiný	9
Přesnost	
0,1% z rozsahu	1
0,10% z rozsahu + kalibrace vč. kal. Listu	P
0,1% výrobní nastavení nestandartního rozsahu	I
0,1% výrobní nastavení nestandartního rozsahu + kalibrace vč. kal. listu	H
Jiná	9
Elektrické připojení	
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)	100
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)	200
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)	400
+ PVC kabel / 1 m	
Konektor Buccaneer (IP 68)	500
Polní pouzdro Nerez (IP 67)	800
Konektor Binder Serie 723 7-pólový (IP 67)	A00
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)	E00
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)	M00
Jiné	999
Mechanické připojení	
G 1/2" DIN 3852	100
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)	200
G 1/4" DIN 3852	300
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)	400
M 20 x 1,5 DIN 3852	500
M 12 x 1 DIN 3852	600
M 10 x 1 DIN 3852	700
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)	800
Jiná	999
Těsnění	
Viton (FKM)	1
Bez těsnění - svařeno(pouze s příp. EN 837-1/-3; P_N<170 bar)	2
EPDM (P_N < 160 bar)	3
NBR (standard)	5
Jiné	9
Volitelné provedení	
Standard	111
Rozhraní RS 232 (pouze s konektorem Binder Serie 723 7-pólový)	121
Jiné provedení	999
Programové vybavení k inteligentním snímačům tlaku	
Modul komunikace ADAPT-1 (RS 232 k DMP 331i, DMP 333i) (ADAPT-1. INT-501)	
Modul komunikace ADAPT-5 (RS 232 / HART s USB konektorem)	
(ADAPT - 5 , INT-702, včetně software)	
Programové vybavení k DMP 331i, 333i / update	
Komplet (modul + programové vybavení k DMP 331i, 333i) (ADAPT-1, INT-502)	

0,-…bez příplatku
PD…po dohodě s výrobcem
Metrologické ověření pouze do 70 bar !!!
Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288
Příplatky za metrologické ověření a kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice
Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497
www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.