Objednací kód LMK 307

14.3.2018

LMK 307

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0…0,4 /25 bar)

□□□-□□□□-□-□-□-□-□-□-□□□-□□□

Měřený tlak		
relativní		3 8 0
měřená veličina v m H_2O		3 8 1
Rozsah [mH_2O]	**[bar]**	
4,0	0,40	4 0 0 0
6	0,6	6 0 0 0
10	1,0	1 0 0 1
16	1,6	1 6 0 1
25	2,5	2 5 0 1
40	4,0	4 0 0 1
60	6	6 0 0 1
100	10	1 0 0 2
160	16	1 6 0 2
250	25	2 5 0 2
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)		9 9 9 9
Materiál pouzdra		
Nerez 1.4571 (316 Ti)		1
Materiál memrány		
Keramika Al_2O_3 96%		2
Výstupní signál		
4 … 20 mA / 2 vodič		1
0 … 20 mA / 3 vodič		2
0 … 10 V / 3 vodič		3
Ex ia provedení 4 … 20 mA / 2 vodič		E
Jiný		9
Těsnění		
Viton		1
Jiné		9
Přesnost		
0,50%		5
0,50% + kalibrace vč. kalibračního listu		T
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%		N
Jiná		9
Elektrické připojení		
PVC - kabel (cena za 1 m)		1
PUR - kabel (cena za 1 m)		2
FEP - kabel s teflonovým pláštěm (cena za 1 m)		3
Jiné		9
v celých metrech, např. 3 m		0 0 3
v celých metrech, např. 15 m		0 1 5
Volitelné provedení		
Standard		0 0 0
Provedení s teplotním čidlem Pt 100		0 1 3
Jiné provedení		9 9 9
Příslušenství k ponorným sondám		
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel		1003440
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301		1000278
Průchodka PG16 - upevnění kabelu		5002200

0,-…bez příplatku
PD…po dohodě s výrobcem
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice
Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497
www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.