

Objednací kód LMP 808

14.3.2018

LMP 808

Ponorná plastová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 0,1 / 10 bar)



Měřený tlak

relativní měřená veličina v mH ₂ O			4	1	0															
Rozsah	[mH ₂ O]	[bar]																		
	1,0	0,10				1	0	0	0											
	1,6	0,16				1	6	0	0											
	2,5	0,25				2	5	0	0											
	4,0	0,40				4	0	0	0											
	6,0	0,60				6	0	0	0											
	10	1,0				1	0	0	1											
	16	1,6				1	6	0	1											
	25	2,5				2	5	0	1											
	40	4,0				4	0	0	1											
	60	6,0				6	0	0	1											
	100	10				1	0	0	2											
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)						9	9	9	9											

Materiál pouzdra

PVC šedý A

Materiál membrány

Nerez 1.4435 1

Výstupní signál

4 ... 20 mA / 2 vodič 1
 0 ... 20 mA / 3 vodič 2
 0 ... 10 V / 3 vodič 3
 Jiný 9

Těsnění

Viton (FKM) 1
 EPDM 3
 Jiné 9

Elektrické připojení

Bez kabelového dílu 0
 PVC - kabel (cena za 1 m) 1
 PUR - kabel (cena za 1 m) 2
 FEP - kabel s teflonovým pláštěm (cena za 1 m) 3
 Jiné 9

Přesnost

0,50% (P_N ≤ 0,4 bar) 5
 0,35% (P_N > 0,4 bar) 3
 po dohodě 0,25% (P_N > 0,4 bar) 2
 0,50% kalibrace vč. kal. listu (P_N ≤ 0,4 bar) T
 0,35% kalibrace vč. kal. listu (P_N > 0,4 bar) S
 0,25% kalibrace vč. kal. listu (P_N > 0,4 bar) R
 Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50% N
 Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35% M
 Jiná 9

Délka kabelu

bez kabelu 0 0 0
 v celých metrech, např. 3 m 0 0 3
 v celých metrech, např. 15 m 0 1 5

Volitelné provedení

Standard 0 0 0
 Příprava pro montáž ochranné trubky 1 0 6
 Jiné provedení 9 9 9

Příslušenství k ponorným sondám

Kabelový díl + cena za kabel v celých metrech 5000695
 Kabelový díl s přípravou pro montáž ochranné trubky (materiál PVC) + cena za kabel v celých metrech 5000992
 Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel 1003440
 Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301 1000278

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.



BD SENSORS s.r.o.
 Hradištská 817
 CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
 Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
 info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

