BD SENSORS®
tlakoměrná technika

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
K NASTAVENÍ PŘÍSTROJŮ S ODDĚLOVAČEM

Vážený zákazníku,
prosíme, vyplňte tento dotazník a odešlete jej nejpozději do 3 pracovních dnů po Vašem objednání na následující faxové číslo +42 572 411 497. Pokud tak neučiníte, bude snímač nastaven dle standardů BD SENSORS.

Firma: .....

Číslo objednávky: ..... Položka objednávky: .....

Prosíme, zde zapište typ a objednací kód snímače:

Kalibrační teplota

Standard (bez zadání)

Pokojová teplota 20 °C

Varianta (prosíme, zakřížkujte)

○ Nastavit při teplotě média ..... °C (± 10 °C)

to platí za následujících podmínek:

- ► okolí: pokojová teplota 20 °C
- ► max. teplota nastavení: 200 °C
- ► kompenzační rozsah: ± 25 °C
- ► pro podtlak < 250 mbar: max. teplota nastavení 70 °C
- ► u podtlakových rozsahů a současně požadované teploty vyšší než 70 °C se poraďte s naším obchodním oddělením o max. možné kalibrační teplotě

Montážní poloha (zadejte u rozsahu do 4 bar; u vyšších tlakových rozsahů není vliv polohy tolik znatelný)

Standard (bez zadání)

0°



Varianta (prosíme, zakřížkujte)

○ 180°



○ 90°



○ jiná

Další informace

Rozsah pracovní teploty: od ..... do ..... °C

Médium za běžného provozu: .....

Teplota během čištění / sterilizace: max. ..... °C

Médium pro čištění / sterilizaci: .....

Datum a podpis: .....

..... číslo zakázky BD SENSORS

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz