

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle zákona č. 90/2016 Sb. a zákona č. 91/2016 Sb. v platném znění

My, BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817, 687 08 Buchovice, Česká republika
IČO 49968416

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobky: snímače tlaku, (ponorné/vestavné) snímače výšky hladiny kapalin

typy: DX9-DMP 311 / DMP 321 / DMP 321 P / DMP 321 PT / DMP 331 / DMP 331i / DMP 331P / DMP 331Pi /
DMP 333 / DMP 333i / DMP 334 / DMP 335 / DMP 339 / DMP 343 / DMP 457 /
DMK 331 / DMK 331P / DMK 457 / DMK 457 KRO /
LMP 307 / LMP 307i / LMP 308 / LMP 308i / LMP 331 / LMP 331i /
LMK 307 / LMK 331 /
17.600G / 17.605G / 26.600G

jsou ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60079-0 ed. 4:2013	EN 60079-0:2012+A11:2013
ČSN EN 60079-11 ed. 2:2012	EN 60079-11:2012
ČSN EN 60079-26 ed. 3:2015	EN 60079-26:2015

a následujícími nařízeními vlády (NV), dále uvedeno číslo EU směrnice:

NV 116/2016 Sb. v platném znění	2014/34/EU v platném znění	(Ex)
NV 117/2016 Sb. v platném znění	2014/30/EU v platném znění	(EMC)
NV 481/2012 Sb. v platném znění	2011/65/EU v platném znění	(RoHS)

Výrobek, za podmínek uvedených v návodu k použití a v ES Certifikátu o přezkoušení typu, splňuje stupeň nevybušnosti  pro typy s nekovovou přípojkou

II 2G Ex ia IIC T4 Gb (typ *457* pouze IIB)
II 2D Ex ia IIIC T 85 °C Db

pro typy s kovovou přípojkou

II 1G Ex ia IIC T4 Ga (typ *457* pouze IIB)
II 1D Ex ia IIIC T 85 °C Da


IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, D-09599 Freiberg
zkoušel dané výrobky a vydal:

ES Certifikát o přezkoušení typu č. IBExU10ATEX1122 X z 31.08.2010 (zkušební zpráva č. IB-10-3-065)
a Vydání 1 tohoto certifikátu z 22.11.2017(zkušební zpráva IB-17-3-0084)

Interní EMC laboratoř BD SENSORS s.r.o. zkoušela dané výrobky a vydala:
Zkušební protokol o zkoušce elektromagnetické slučitelnosti

FTZÚ Ostrava-Radvanice, oznámený subjekt č. 1026 vydal:
Oznámení o zabezpečování kvality č. FTZÚ 13 ATEX Q 007 z 15.07.2016
(ČSN EN ISO/ITEC 80079-34 : 2012, NV č. 116/2016 Sb.)

Buchovice 13.12.2017



Pavel Vaněk
Vedoucí vývoje elektro



Ing. Radek Burda
Pověřená osoba Ex



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SUD Czech dle normy ISO 9001.

cz1273 - Wednesday, December 13, 2017

