



## PROHLÁŠENÍ

o vhodnosti použití výrobku pro kyslíkové aplikace.

Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výrobky řady **OEM 26.600G, OEM 17.600G, DMK 331, DMK 351, LMK 331, LMK 351, BAROLI 05, DM 17 a DS 201** dodávané v provedení

**„007 určeno pro kyslík“ a „008 bez oleje a tuků (odmaštěno)“**

neobsahují materiály nevyhovující nasazení pro kyslík a jsou vyrobeny postupem, který zaručuje odmaštění všech povrchů přicházejících do styku s měřeným médiem, a jsou tedy vhodné pro měření tlaku kyslíku.

Výrobce:

BD SENSORS s.r.o.  
Hradištská 817  
Buchlovice  
687 08

IČO: 49968416  
DIČ: CZ49968416

V Buchlovicích dne 25.05.2017



  
Ing. Libor Šimoník  
jednatel