

Objednací kód DM 01

13.3.2019

DM 01

digitální displej pro DM 01

Typ



s komunikačním rozhraním ¹

A 2 1

provedení Ex s komunikačním rozhraním ¹

A 2 E

Propojovací kabel mezi USB a 3,5 mm jack s integrovaným TTL-232R-5VAJ pro USB konvertor délka 1,7 m + software BD LOG

1003632

Krytka ochranná pro displej DM 01 , NG100,4 OTVOR.VYREZOVA, Modrá

1002648

Snímač tlaku (0 ... 0,1 / 400 bar)

Měřený tlak



relativní

M

0

K

absolutní ($P_N \geq 0,4$ bar)

M

0

L

Rozsah [bar]

0 ... 0,1	1	0	0	0
0 ... 0,16	1	6	0	0
0 ... 0,25	2	5	0	0
0 ... 0,4	4	0	0	0
0 ... 0,6	6	0	0	0
0 ... 1	1	0	0	1
0 ... 1,6	1	6	0	1
0 ... 2,5	2	5	0	1
0 ... 4	4	0	0	1
0 ... 6	6	0	0	1
0 ... 10	1	0	0	2
0 ... 16	1	6	0	2
0 ... 25	2	5	0	2
0 ... 40	4	0	0	2
0 ... 60	6	0	0	2
0 ... 100	1	0	0	3
0 ... 160	1	6	0	3
0 ... 250	2	5	0	3
0 ... 400	4	0	0	3
-1 ... 0	X	1	0	2
podtlak (bude přidělen 4 místný kód)	X	X	X	X
jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9

Provedení

Standard

0

Ex ia provedení

E

Přesnost

0,05% BFSL (0,1% FSO) ($P_N \geq 0,4$ bar)

B 1

0,125% BFSL (0,25% FSO) ($P_N < 0,4$ bar)

B 2

Jiná

9 9

Mechanické připojení

G 1/2" DIN 3852	1	0	0
G 1/2" EN 837-1/-3 (manomentrová)	2	0	0
G 1/4" DIN 3852	3	0	0
G 1/4" EN 837-1/-3 (manomentrová)	4	0	0
G 1/2" DIN 3852 otevřené provedení	H	0	0
1/2" NPT	N	0	0
1/4" NPT	N	4	0
Jiná	9	9	9

Těsnění

Viton (FKM)

1

Jiné

9

Volitelné provedení

Standard

0 0 0

Jiné provedení

9 9 9

0,-...bez příplatku



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

PD...po dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

