Objednací kód LMK 307

13.3.2019

LMK 307

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0…0,4 /25 bar)

Kód: ☐☐☐-☐☐☐☐-☐-☐-☐-☐-☐-☐-☐☐☐-☐☐☐

			Kód
Měřený tlak			
relativní			3 8 0
měřená veličina v m H_2O			3 8 1
Rozsah	**[mH_2O]**	**[bar]**	
	4,0	0,40	4 0 0 0
	6	0,6	6 0 0 0
	10	1,0	1 0 0 1
	16	1,6	1 6 0 1
	25	2,5	2 5 0 1
	40	4,0	4 0 0 1
	60	6	6 0 0 1
	100	10	1 0 0 2
	160	16	1 6 0 2
	250	25	2 5 0 2
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)			9 9 9 9
Materiál pouzdra			
Nerez 1.4571 (316 Ti)			1
Materiál memrány			
Keramika Al_2O_3 96%			2
Výstupní signál			
4 … 20 mA / 2 vodič			1
0 … 20 mA / 3 vodič			2
0 … 10 V / 3 vodič			3
Ex ia provedení 4 … 20 mA / 2 vodič			E
Jiný			9
Těsnění			
Viton			1
Jiné			9
Přesnost			
0,50%			5
0,50% + kalibrace vč. kalibračního listu			T
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%			N
Jiná			9
Elektrické připojení			
PVC - kabel (cena za 1 m)			1
PUR - kabel (cena za 1 m)			2
FEP - kabel s teflonovým pláštěm (cena za 1 m)			3
Jiné			9
v celých metrech, např. 3 m			0 0 3
v celých metrech, např. 15 m			0 1 5
Volitelné provedení			
Standard			0 0 0
Provedení s teplotním čidlem Pt 100			0 1 3
Jiné provedení			9 9 9
Příslušenství k ponorným sondám			
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel			1003440
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301			1000278
Průchodka PG16 - upevnění kabelu			5002200

0,-…bez příplatku
PD…po dohodě s výrobcem
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.