BD SENSORS®
tlakoměrná technika

Objednací kód LMP 307 T

13.3.2019

LMP 307 T

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny a teploty (0 … 0,1 / 25 bar)

			Kód
Měřený tlak			
relativní / °C			455
měřená veličina v m H2O / °C			456
Rozsah	**[mH_2O]**	**[bar]**	
	1,0	0,10	1000
	1,6	0,16	1600
	2,5	0,25	2500
	4,0	0,40	4000
	6,0	0,60	6000
	10	1,0	1001
	16	1,6	1601
	25	2,5	2501
	40	4,0	4001
	60	6,0	6001
	100	10	1002
	160	16	1602
	250	25	2502
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)			9999
Rozsah teplot			
0 … 30°C			000x30
0 … 50°C			000x50
-10 … 50°C			M10x50
Jiná teplota (bude přidělen 6 místný kód)			999999
Materiál pouzdra			
nerez 1.4404 (316L)			1
Materiál membrány			
nerez 1.4435 (316L)			1
Výstupní signál - tlak			
4 … 20 mA / 2 v			1
Jiný			9
Výstupní signál - teplota			
4 … 20 mA / 2 v			1
Jiný			9
Těsnění			
Viton			1
Jiné			9
Přesnost			
0,50% ($P_N \le 0{,}4$ bar)			5
0,35% ($P_N > 0{,}4$ bar)			3
0,50% kalibrace vč. kal. listu ($P_N \le 0{,}4$ bar) (pouze tlak)			T
0,35% kalibrace vč. kal. listu ($P_N > 0{,}4$ bar) (pouze tlak)			S
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50% (pouze tlak)			N
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35% (pouze tlak)			M
Jiná			9
Elektrické připojení			
PVC - kabel (cena za 1 m)			1
PUR - kabel (cena za 1 m)			2
FEP - kabel s teflonovým pláštěm (cena za 1 m)			3
			4
Jiné			9
Délka kabelu			
v celých metrech, např. 3 m			003
v celých metrech, např. 15 m			015
Volitelné provedení			
Standard			000
Jiné provedení			999
Příslušenství k ponorným sondám			
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel			1003440
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301			1000278
Průchodka PG16 - upevnění kabelu			5002200

Kód: ☐☐☐ - ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

0,-…bez příplatku
PD…po dohodě s výrobcem
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám. Změny vyhrazeny
Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice
Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497
www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.