

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle zákona č. 90/2016 Sb. a zákona č. 91/2016 Sb. v platném znění

VÝROBCE: BD SENSORS s.r.o., Hradištská 817, 687 08 Buchlovice, Česká republika

prohlašuje, že níže uvedené výrobky splňují požadavky technických předpisů, že výrobky jsou za podmínek námi určeného použití bezpečné a že jsou přijata opatření, kterými se zabezpečuje shoda všech výrobků níže uvedených typů, uváděných na trh, s technickou dokumentací a níže uvedenými nařízeními vlády.

SKUPINA VÝROBKŮ: SNÍMAČE TLAKU

TYPY VÝROBKŮ: 30.600 G QBE 92xx

POPIS: Uvedený výrobek slouží k měření tlaku v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

ZPŮSOB POSOUZENÍ SHODY:

- dle zákona č. 90/2016 Sb., zákona č. 265/2017 Sb. a zákona č. 91/2016 Sb. v platném znění
- dle norem ČSN EN 61326-1 ed. 2, ČSN EN 61000-4-2 ed. 2, ČSN EN 61000-4-3 ed. 4, ČSN EN 61000-4-4 ed. 3, ČSN EN 61000-4-6 ed. 4
- dle Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility)
- dle Nařízení vlády č. 391/2016 Sb. a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/863/EU (o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních – „RoHS“) v platném znění.

V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních **2014/68/EU** a v ní požadovanými postupy posuzování shody byl zvolen následující modul:

Pro přístroje s maximálním přípustným přetlakem > 200 bar: Postup posouzení: **Modul A**

Jako podklad pro toto prohlášení slouží protokoly těchto autorizovaných a akreditovaných osob:
MESIT QM, spol. s r.o. (Uherské Hradiště)
BD SENSORS s.r.o. – interní laboratoř EMC
Institut pro testování a certifikaci, a.s. (Uherské Hradiště)

Buchlovice 29.01.2024



Ing. Martin Šimoník
Vedoucí vývoje