

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

BD SENSORS s.r.o.
objekt číslo 2233, Kalibrační laboratoř
Hradišská 817, 687 08 Buchlovice

CMC pro obor měřené veličiny: Tlak

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah			Parametr(y) měř. veličiny		Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracovní prostředí
		min	jedn.	max	jedn.					
1	Tlakoměry deformační a elektromechanické	-94 kPa	až	-45,9 kPa	přetlak	plyn	$2,5 \cdot 10^{-5} \cdot (p_{\text{amb}} - p_e) + 1,4 \text{ Pa}$ $6 \cdot 10^{-5} \cdot p_e $ 0,6 Pa $8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e $ 0,11 Pa $8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e$ $2,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,2 \text{ Pa}$ $2,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 2 \text{ Pa}$ $6 \cdot 10^{-5} \cdot p_e$	EURAMET cg-17	KP-801, KP 802	
		-45,9 kPa	až	-10 kPa						
		-10 kPa	až	-7,5 kPa						
		-7,5 kPa	až	-1,35 kPa						
		-1,35 kPa	až	1,35 kPa						
		1,35 kPa	až	5 kPa						
		5 kPa	až	350 kPa						
		0,35 MPa	až	7 MPa						
		7 MPa	až	20 MPa						
		0,01 kPa	až	5 kPa	absolutní tlak	plyn	$1,5 \text{ Pa}$ $2,5 \cdot 10^{-5} \cdot p + 1 \text{ Pa}$ $2,5 \cdot 10^{-5} \cdot p + 2 \text{ Pa}$ $6 \cdot 10^{-5} \cdot p + 5 \text{ Pa}$			
		5 kPa	až	350 kPa						
		0,35 MPa	až	7 MPa						
		7 MPa	až	20 MPa	přetlak	kapalina	$0,16 \text{ kPa}$ $8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e$ $1,2 \cdot 10^{-4} \cdot p_e$			
		0,4 MPa	až	2 MPa						
		2 MPa	až	100 MPa						
		100 MPa	až	400 MPa	absolutní tlak	kapalina	$8 \cdot 10^{-5} \cdot (p - p_{\text{amb}})$ $1,2 \cdot 10^{-4} \cdot (p - p_{\text{amb}})$ 0,16 kPa			
		0,4 MPa	až	2 MPa						
		2 MPa	až	100 MPa						
		100 MPa	až	400 MPa						



Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

BD SENSORS s.r.o.
objekt číslo 2233, Kalibrační laboratoř
Hradištská 817, 687 08 Buchlovice

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah			Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracovní prostředí
		min	jedn.	max					
2	Tlakoměry pístové	-95 kPa	až	-10 kPa	přetlak plyn	$6 \cdot 10^{-5} \cdot p_e $ $0,6 \text{ Pa}$ $2,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,2 \text{ Pa}$ $2,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 2 \text{ Pa}$ $6 \cdot 10^{-5} \cdot p_e$	EURAMET cg-3 (cross-floating metoda, stanovení efektivní plochy tlakové měřky a hmotnosti závaží)	KP-803	
		-10 kPa	až	-3 kPa					
		5 kPa	až	350 kPa					
		0,35 MPa	až	7 MPa					
		7 MPa	až	20 MPa	kapalina	$8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 10 \text{ Pa}$ $8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e$ $1,2 \cdot 10^{-4} \cdot p_e$			
		0,1 MPa	až	1,5 MPa					
		1,5 MPa	až	100 MPa					
		100 MPa	až	400 MPa					

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedená vychází z nejlepších podmínek laboratoř dosážitelných; hodnota nejistoty konkrétní kalibrace může být vyšší v závislosti na podmínkách takové kalibrace. Pro totožné krajní hodnoty navazujících rozsahů platí vždy nižší hodnota nejistoty.

³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).



p absolutní tlak
 p_{amb} okolní tlak
 $p_e = (p - p_{amb})$ přetlak, $p_e = (p - p_{amb})$